



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ  
(РОСЗДРАВНАДЗОР)

## РЕГИСТРАЦИОННОЕ УДОСТОВЕРЕНИЕ НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ

от 16 июля 2020 года № РЗН 2020/11305

На медицинское изделие

**Камера морозильная медицинская "Бирюса" по ТУ 28.25.13-021-07550181-2019**

Настоящее регистрационное удостоверение выдано

**Открытое акционерное общество "Красноярский завод холодильников  
"Бирюса" (ОАО "КЗХ "Бирюса"), Россия,  
660123, г. Красноярск, пр-кт им. газеты Красноярский рабочий, д. 29**

Производитель

**Открытое акционерное общество "Красноярский завод холодильников  
"Бирюса" (ОАО "КЗХ "Бирюса"), Россия,  
660123, г. Красноярск, пр-кт им. газеты Красноярский рабочий, д. 29**

Место производства медицинского изделия

**ОАО "КЗХ "Бирюса", 660037, Россия, г. Красноярск, пр-кт им. газеты  
Красноярский рабочий, д. 29, стр. 112**

Номер регистрационного досье № РД-31882/15562 от 13.03.2020

Класс потенциального риска применения медицинского изделия **2a**

Код Общероссийского классификатора продукции по видам экономической  
деятельности **28.25.13.116**

Настоящее регистрационное удостоверение имеет приложение на 1 листе

приказом Росздравнадзора от 16 июля 2020 года № 6245  
допущено к обращению на территории Российской Федерации.

**Руководитель Федеральной службы  
по надзору в сфере здравоохранения**



*А.В. Самойлова*  
**А.В. Самойлова**

**0051208**

**ПРИЛОЖЕНИЕ**  
**К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ**  
**НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 16 июля 2020 года

№ РЗН 2020/11305

Лист 1

На медицинское изделие

**Камера морозильная медицинская "Бирюса" по ТУ 28.25.13-021-07550181-2019,**  
в вариантах исполнения:

I. Камера морозильная медицинская «Бирюса 175К-В», в составе:

1. Камера 175К - 1 шт.
2. Корзина К215 - 0÷4 шт. (при необходимости).
3. Ручка с замком Р215 - 1 шт.
4. Винт - 2 шт.
5. Ключ от замка - 2 шт.
6. Руководство по эксплуатации - 1 шт.
7. Упаковка У215 - 1 шт.

II. Камера морозильная медицинская «Бирюса 215К-В», в составе:

1. Камера 215К - 1 шт.
2. Корзина К215 - 0÷4 шт. (при необходимости).
3. Ручка с замком Р215 - 1 шт.
4. Винт - 2 шт.
5. Ключ от замка - 2 шт.
6. Руководство по эксплуатации - 1 шт.
7. Упаковка У215 - 1 шт.

III. Камера морозильная медицинская «Бирюса 205К-G», «Бирюса 205К-R», «Бирюса 205К-GB», «Бирюса 205К-RB», в составе:

1. Камера 205К - 1 шт.
2. Полка-решетка ПР245 - 0÷5 (при необходимости).
3. Полка стеклянная ПС245 - 0÷5 (при необходимости).
4. Упор под полку - 0÷20 (при необходимости).
5. Ящик Я245 - 0÷4 (при необходимости).
6. Ключ от замка - 2 шт.
7. Руководство по эксплуатации - 1 шт.
8. Упаковка У245 - 1 шт.

IV. Камера морозильная медицинская «Бирюса 245К-G», «Бирюса 245К-R», «Бирюса 245К-GB», «Бирюса 245К-RB», в составе:

1. Камера 245К - 1 шт.
2. Полка-решетка ПР245 - 0÷5 (при необходимости).
3. Полка стеклянная ПС245 - 0÷5 (при необходимости).
4. Упор под полку - 0÷20 (при необходимости).
5. Ящик Я245 - 0÷4 (при необходимости).

**Руководитель Федеральной службы  
по надзору в сфере здравоохранения**



**А.В. Самойлова**

**0068997**

**ПРИЛОЖЕНИЕ**  
**К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ**  
**НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 16 июля 2020 года

№ РЗН 2020/11305

Лист 2

- 6. Ключ от замка - 2 шт.
- 7. Руководство по эксплуатации - 1 шт.
- 8. Упаковка У245 - 1 шт.

2

Руководитель Федеральной службы  
по надзору в сфере здравоохранения



А.В. Самойлова

0068996